



PowerTestSite 推奨動作環境について

スイッチング電源用自動検査システム PW-800、PW-700、PTS-mini/LTS-mini、PW-5000 用システムソフトウェア PowerTestSite/PW-800、PowerTestSite、PowerTestSiteMINI、PowerTestSitePro は下記の動作環境を推奨しております。

記

1-1 PC 推奨動作環境

機種	IBM PC/AT 互換機
OS	Windows 10 Home/Pro 64bit (日本語版) ※1
CPU	インテル Corei3 以上
メモリ	8GB 以上 ※2
ストレージ (空き容量)	5GB 以上 ※3
光学ドライブ	CD/DVD ドライブ
ディスプレイ (画面解像度)	1024x768(XGA) 以上
USB インターフェース (2.0 規格対応)	3ポート以上 ※4
その他インターフェース	PCI-Express 1 スロット以上 ※5 x1、x4、x8 レーン (LowProfile ブラケット可)

※1 上記以外は動作対象外となります。

外国語版 Windows では標準状態で動作いたしません。日本語化 (言語の追加) をすることで動作いたします。

また「Single Language Edition」は日本語化できません。PC 購入の際はご注意ください。
その他対応についてはお問い合わせ下さい。

※2 通常の使用状態の場合。

通常使用とは、エディタ、検査実行部 各1つ、検査成績作成は同時に行わない状態
検査プログラムのステップによっては、より大きなメモリを必要とする場合があります

※3 PowerTestSite(R) 本体のみ。検査データ、Windows 自体が必要とする部分を除きます。

※4 PC 自身の USB ポートが不足する場合は、別途 USB HUB 装置が必要となります。

※5 PW-700、PW-5000 システムで NI 社製 PXI を使用する場合に必須となります

• 1-2 周辺機器及びソフト

プリンタ

上記 Windows で動作保証されている、ページプリンタ及びそれに準ずる物。

※ 全てのプリンタでの動作に付きましては保証致しかねます。

動作確認済みのプリンタやメーカーに付きましては弊社へ御相談下さい。

その他

マウス、キーボードなど一般にパーソナルコンピュータを利用する上で必要となる物

Microsoft Excel

Excel2013 以降 Microsoft 365

※ Excel は検査成績書を作成する場合に必要な場合があります。事項をご覧ください。

※ Excel 自身の動作保証についてはバージョン毎に対象 OS や PC の性能などが異なる

可能性が有りますので御利用になる環境を御確認下さい。

• 1-3 検査データについて

PowerTestSite(R) では検査データは全て Microsoft Access2000 の形式で保存されます。ユーザーは独自に Access または適切なアプリケーションを使用してそのデータを参照し検査成績書を作成する事ができます。

また簡単に成績書を作成する事を支援するため PowerTestSite(R) では Microsoft Excel へ検索したデータを配置するソフトウェアを標準で添付しています。このソフトウェアを使用すると Microsoft Excel の機能を使用して比較的容易に成績書を作成する事ができます。添付のソフトウェアは Microsoft Excel のみ対象としているためこのソフトウェアをご利用になる際は Microsoft Excel が必須になります。

以上

■記載されている会社名・製品名は各社の登録商標です。

- お問い合わせ先 -

株式会社 **計測技術研究所**

〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬 4-11-1

TEL 044-223-7970 FAX 044-223-7960

パワエレ事業部 技術部

Email PW-support@hq.keisoku.co.jp

HP <https://www.keisoku.co.jp/pw/>